


PARTI DEL PRODOTTO	DESCRIZIONE	
	Siringa dedicata sterile, monouso, per pompa infusionale portatile CRONO <sup>®</sup> .	
	<b>CLASSIFICAZIONE</b>	
	Dispositivo medico di classe IIa, secondo la regola 2 dell'Allegato VIII del Regolamento (UE) 2017/745.	
	<b>DISTRIBUTORE ESCLUSIVO</b>	
	CANÈ S.p.A. Via Cuorgnè 42/a 10098 Rivoli (TO) - Italia Tel.: +39-011-9574872	
	<b>FABBRICANTE</b>	
	Pentaferte Italia s.r.l. Viale Piane Nocella n.23 64012 Campli (TE) - Italia Tel.: +39-0861-560201	
	<b>MARCATURA CE</b>	CE 0051
	<b>NUMERO DI REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI</b>	2323592
	<b>CLASSIFICAZIONE NAZIONALE DISPOSITIVI (CND)</b>	A020102020101
<b>REF CANÈ</b>	CRN/20	
<b>REF FABBRICANTE</b>	00261272B12	

PORTE N.	DESCRIZIONE	MATERIALE
1	ASTA dotata di filettatura per la connessione al pistone	PP
2	CILINDRO con connettore Luer Lock (ISO 80369-7).	PP Olio di silicone (polidimetilsiloxano) Inchiostro nero
3	PISTONE con due anelli di tenuta, filettato internamente per la connessione all'asta	Poliisoprene Olio di silicone (polidimetilsiloxano)
4	TAPPINO con connettore Luer Lock femmina (ISO 80369-7).	PP
5	AGO 19 G x 11/2" - 1,10 mm x 40 mm - (ISO 7864) Bariletto con connettore Luer Lock (ISO 80369-7).	Acciaio Inox AISI 304 Resina epossidica Olio di silicone (polidimetilsiloxano)
6	COPRIAGO	PP

	<b>SCHEDA TECNICA</b>	<b>TDS CRN/20</b>
	<b>crn® CRONO® Réservoir 20 ml</b>	Data: 17.01.2023 Pag. 2/2

**Note:**

Intervallo Graduazione scala: 1 ml (ISO 7886-1).

Numerazione scala: ogni 5 ml (ISO 7886-1).

Dead space: max. 0,15 ml (ISO 7886-1).

Tolleranza sulla capacità erogata a 20 ml: +/-4% (ISO 7886-1).

Lubrificazione: quantità massima 0,25 mg/cm<sup>2</sup> di superficie interna del cilindro (ISO 7886-1)

CONFEZIONAMENTO	CODICE GTIN	PEZZI	CARATTERISTICHE	MATERIALE
Primario	08015262022082	1	Blister 18x6 cm	Carta di grado medicale PP/PE film
Secondario	18015262022089	80	Scatola 38,1x23,3x18,5 cm	Cartone ondulato
Terziario	28015262022086	320	Scatola master 39,5x39,5x48,4 cm	Cartone ondulato

**STERILIZZAZIONE**

Ciclo convalidato secondo quanto previsto dalla norma EN ISO 11135 "Sterilizzazione dei prodotti sanitari - Ossido di etilene - Requisiti per lo sviluppo, la convalida e il controllo sistematico di un processo di sterilizzazione per dispositivi medici"

DATA DI SCADENZA	CONDIZIONI DI STOCCAGGIO
5 anni dalla data di produzione	da -10°C a 40°C Conservare il prodotto al riparo dall'esposizione diretta alla luce solare, in ambienti asciutti e puliti e al riparo da temperature estreme ed eccessiva umidità

**AVVERTENZE**

*I réservoir crn® CRONO® Réservoir sono stati progettati per essere utilizzati esclusivamente con le pompe modello CRONO®.*

*L'uso dei réservoir crn® CRONO® Réservoir utilizzati su dispositivi diversi, dalle pompe modello CRONO®, può provocare gravi danni sia alla pompa che all'utilizzatore.*

*La CANÈ S.p.A. si ritiene sollevata da ogni responsabilità nel caso in cui:*

*- i réservoir crn® CRONO® Réservoir vengano utilizzati su altri dispositivi;*

*- le pompe modello CRONO® vengano utilizzate con réservoir crn® CRONO® Réservoir non originali.*